제2016-047661-01호

안 전 인 증 서

주식회사 센코

경기도 오산시 외삼미로15번길 73 (외삼미동)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Portable Single Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

SGT Series (Ex ia IIC T4) / 16-KA2BO-0457

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 '경기도 오산시 외삼미로15번길 73 (외삼미동)'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

·휴대용 단일 가스 검지기

·제품정격: 배터리 전원 (3.6 V Lithium/Thionyl chloride ($Li/SOCl_2$) battery - 최대 3.9 Vdc)

·사용주위온도: -40 ℃ ~ +50 ℃ (O_2를 제외한 모든 Gas type),
-35 ℃ ~ +50 ℃ (O_2 Gas type)

3. 인증범위: 본 인증서는 다음의 형식번호에 한하여 유효함.

·SGT-A, SGT: Model name, A: Gas Type (O2, CO, SO2, H2, H2S, NH3, NO2 or CL2)

4. 안전한 사용을 위한 조건: 없음.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

·본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx KTL 15.0018 Issue No.0)와 함께 사용

2016 년 9 월 2 일

한국산업기술시험원장

산업안전보건법 시행규칙 [별지 제10호의6서식]

(08389) 서울시 구로구 디지털로 26길 87(구로동) http://www.ktl.re.kr
(52852) 경상남도 진주시 충의로 10(충무공동)